Chaise roulante percée et de douche XXL

Mode d’emploi

Chaise roulante percée et de douche XXL

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Pays-Bas
☎+31 (0)36 53 53 580 🖷+31 (0) 36 522 30 46
✉info@prestonability.nl 🌍 www.prestonability.nl

Attention!
Pour s'assurer d'une utilisation correcte et optimale de la chaise roulante percée et de douche XXL, il convient de lire en détail le présent mode d'emploi.

Le non-respect des consignes et avertissements donnés aboutira immanquablement au rejet de toute demande d'intervention en garantie éventuelle. La présent produit sera exclusivement utilisé par des soignants formés à cet effet et/ou par des personnes ayant reçu et compris les instructions relatives au produit. L'usage par des personnes non compétentes est susceptible de causer accidents et lésions physiques.

Consignes opérationnelles
La chaise roulante percée et de douche XXL, qui convient aux personnes dont le poids ne dépasse pas 325 kg, a été conçue à l'appui du transport vers ou à partir de la salle de bains, ainsi que pendant les séances de douche et de toilettes mêmes.

Avertissement: L'utilisation de la chaise par des personnes pesant au-delà de 325 kg (poids limite) entraînera le risque de renversement de la chaise, ce qui est susceptible de blesser tant l'usager que le soignant.

Avertissement: Toujours utiliser la chaise percée et de douche XXL sur un sol dur avec une inclinaison maximale de 3 degrés. Le non-respect de cette consigne crée un risque de renversement de la chaise.

Avant la mise en service de la chaise roulante
S'assurer du placement correct des accoudoirs dans les orifices latéraux de la chaise roulante percée et de douche et que les boulons sous les appuie-pieds soient TOUJOURS vissés entièrement et correctement dans les orifices d'appuie-pied. NE PAS serrer les boulons hors des orifices des appuie-pieds!

Ne monter les accoudoirs qu'en cas de nécessité réelle. En tout cas, s'en abstenir absolument au cours du transport de la chaise avec un occupant ou lorsque l'utilisateur n'est pas à même d'atteindre un équilibre actif. Si l'utilisateur n'est pas capable de rester assis activement, l'enlèvement et/ou l'absence d'accoudoirs peuvent entraîner la chute de l'occupant hors de la chaise.

En cours d'utilisation
Les appuie-pieds sont réglables en largeur pour apporter un bon appui sûr aux pieds. Il est également possible de changer les deux appuie-pieds de côté afin d'obtenir un écart maximal entre les appuie-pieds.

Ne jamais se tenir debout sur les appuie-pieds et ne jamais utiliser ceux-ci comme plan d'appui intermédiaire au transfert de l'utilisateur. Cela provoquerait le renversement de la chaise.

La chaise percée et de douche n'est pas conçue pour négocier des obstacles, dont les seuils. Pour éviter le basculement de la chaise, ne l'utiliser que sur des sols durs.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Pays-Bas
☎+31 (0)36 53 53 580 🖷+31 (0) 36 522 30 46
✉info@prestonability.nl 🌍 www.prestonability.nl

Risques de se retrouver coincé:

- Lorsque les accoudoirs sont placés dans les orifices latéraux de la chaise tandis que celle-ci est occupée, le corps de l'utilisateur risque de se retrouver coincé entre l'accoudoir et le dossier et/ou entre l'accoudoir et le côté de la chaise.
- Les pieds risquent également d'être coincés entre les appuie-pieds lorsque les boulons n'ont pas été montés correctement dans les orifices de l'appuie-pied.
- Les doigts ou d'autres parties du corps de l'utilisateur risquent également d'être coincés entre l'assise, le WC ou le pot de chambre. D'où la nécessité d'être prudent en plaçant la chaise au-dessus d'un WC et en plaçant/enlevant le pot de chambre.

Il convient d'actionner les freins des deux roues arrière lorsque la chaise est occupée - à l'exception des situations de transport au moyen de la chaise. Lorsque l'utilisateur n'est pas capable de s'asseoir indépendamment sur la chaise, le soignant sera attentif à ses techniques de levage. Cela s'applique aussi à la mise en œuvre d'autres moyens, dont les lève-personnes.

Maintenance

Les pièces métalliques du châssis, de l'assise et des accoudoirs se nettoient à l'eau et avec des nettoyants normaux. En cas d'utilisation active de la chaise, en inspecter les boulons et les vis environ toutes les 4 semaines. Le non-respect des consignes de maintenance précitées est susceptible de causer des défectuosités et/ou des accidents.

Note: Pour réparer la chaise, on utilisera exclusivement les pièces de rechange originales (livrées par le biais de l'importateur Preston Ability B.V.) Preston Ability B.V., ainsi que le fabricant qui lui livré ce matériel, ne sauraient être rendus responsables des accidents avec le produit ou des défauts à celui-ci qui résulteraient de réparations par des personnes et/ou des organisations non compétentes ou non formées à cet effet.

Spécifications

Poids maximal de l'utilisateur	325kg
Largeur de l'assise	61cm
Profondeur de l'assise	56cm
Hauteur de l'assise	54cm
Largeur entre les accoudoirs	54cm
Hauteur du dossier	48cm
Hauteur des appuie-pieds	40-48cm
Hauteur du sol au dessous de l'assise	44,5cm
Largeur totale	67,5cm
Longueur totale	112cm
Hauteur totale	99cm
Poids total	27kg
Diamètre des roues de la chaise roulante	125mm (2 pcs munies de freins individuels)

Matériaux

Assise Mousse PUR moulée
Châssis en acier inoxydable revêtu de peinture en poudre

La chaise roulante percée et de douche XXL a été fabriquée et approuvée dans le cadre d'essais conformément à la norme internationale DS/EN 12182:2000.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Pays-Bas
☎+31 (0)36 53 53 580 🖷+31 (0) 36 522 30 46
info@prestonability.nl www.prestonability.nl

Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde
Tél.: 0031 (0)36 53 53 580
Fax: 0031 (0)36 522 30 46
info@prestonability.nl
Pays-Bas